



Lubomierz, 21.05.2018r.

Nazwa oraz adres zamawiającego

Gmina Lubomierz
Plac Wolności 1
59-623 Lubomierz
Tel. 757833166 757833151
Fax. 757833167
E-mail: ugim@lubomierz.pl
www.lubomierz.pl

Zapytanie o cenę

Gmina Lubomierz zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę fabrycznie nowych defibrylatorów (2 szt.) oraz torb ratowniczych PSP-R1 (4 szt.) dla jednostek OSP z terenu Gminy Lubomierz, w ramach realizacji projektu, który został wskazany do dofinansowania ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencyjnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Odpowiedzi do zapytań Wykonawców:

W nawiązaniu do zapytań Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczony defibrylator był zgodny z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej tj.

Pkt 5. „Wyposażony w minimum dwa przyciski pełniące następujące: przycisk uruchamiający urządzenie i przycisk wywołujący defibrylację oraz ewentualne przyciski do obsługi parametrów technicznych urządzenia”.

Pkt 7. „Wyposażony w minimum trzy pary elektrod samoprzylepnych w tym 2 komplety dla dorosłych i 1 komplet dla dzieci. Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek, określający, miejsce prawidłowego ich naklejenia. Obudowa lub torba wyposażona w kieszeń do przechowywania kompletów elektrod „ – fizyczne 3 elektrody z czego 2 dla dorosłych a 1 dla dzieci, czyli nie przycisk pediatryczny, klucz. Elektrody nie mogą być uniwersalne!

Pkt 8. „Wyposażony w baterie nieladowalne – o okresie żywotności baterii min. 4 lata. Bateria ma zapewnić nie mniej niż 300 wyładowań max. Energią „

Pkt 9. 2. „Stopień ochrony – certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP 55 „
Minimalne warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów treningowych

Pkt 2. „Urządzenie nie jest równocześnie urządzeniem terapeutycznym” – zestawy szkoleniowe oparte o urządzenie kliniczne nie są zgodne z wymaganiami.

Czy w takiej sytuacji Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator półautomatyczny spełniający wszystkie wymogi KG PSP tj. AED Plus firmy ZOLL Medical Corporation (USA), światowego lidera w produkcji defibrylatorów, o podanych niżej parametrach: defibrylator przenośny, dwufazowy, półautomatyczny, komunikacja i podpowiedzi głosowe w języku polskim, z unikalną funkcją informacji zwrotnej Real CPR Help™ monitoruje prawidłowość ucisków klatki piersiowej, głębokość i częstotliwość ucisków w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej po przez zintegrowany z elektrodami resuscytacyjnymi czujnik kompresji, podając informacje słowne „przyciśnij mocniej” lub „dobry ucisk”. Wbudowany metronom emituje sygnał dźwiękowy z

częstością 100 / minutę wskazujący prawidłową częstość ucisków, bezprzewodowe przesyłanie danych do komputera, dwufazowa fala defibrylacji, zapis EKG i rejestr zdarzeń w pamięci wewnętrznej, wyposażenie w elektrody służące do defibrylacji i monitorowania EKG, widoczny wskaźnik gotowości, pojemność baterii min. 300 pełnych wyładowań, interfejs użytkownika zawierający polecenia głosowe, dźwięki ostrzegawcze, wyświetlane. Komunikaty, możliwość wykrywania ruchu w czasie analizy EKG, wyświetlacz pokazujący stan urządzenia, możliwość ustawienia bieżącej daty i czasu, możliwość regulacji głośności komunikatów i wypowiedzi, wewnętrzna pamięć cyfrowa, pojemność – minimum 3,5 godzin zapisu EKG, najwyższa odporność na kurz i wodę, możliwość aktualizacji wytycznych za pomocą oprogramowania?

Parametry szczegółowe defibrylatora:

- defibrylacja: rodzaj impulsu- dwufazowy, energia: 120 -200J (dorośli), 50-85J (dzieci), czas ładowania do energii maksymalnej do 10 sek.,
- możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci poniżej 8 roku życia, osobny protokół energetyczny dla dorosłych i dla dzieci / automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonych elektrod i zmiana protokołu,
- polecenia głosowe i tekstowe na wyświetlaczu prowadzące ratownika przez etapy pierwszej pomocy w języku polskim,
- codzienny test prawidłowości działania aparatu ze stale widocznym wskaźnikiem autotestu
- elektrody samoprzylepne: okres przydatności 60 miesięcy, długość kabla 86 cm
- obsługa za pomocą 2 przycisków: włączenie urządzenia i wyzwolenie defibrylacji
- piktogramy prowadzące osobę udzielającą pomocy przez pełny algorytm postępowania zgodnie z Wytycznymi 2010 Europejskiej/ Polskie Rady Resuscytacji,
- przechowywanie danych: pamięć wewnętrzna do 3,5 godz. zapisu EKG, transfer danych i raportów z interwencji do komputera z oprogramowaniem ZOLL Rescue Net Code Review (oprogramowanie nieodpłatne)
- zasilanie: bateria PhotoFlash typ 123, długi czas pracy z baterii: 300 defibrylacji, 1,5 godzin monitorowania i defibrylacji, 13 godzin monitorowania, 5 lat w trybie gotowości do użycia
- najwyższa klasa ochrony przed zanieczyszczeniami kurzem i wodą: IP55,
- temperatura pracy: min. 0-50°C, przechowywanie -20 do +60°C,
- elektrody: dla dorosłych – 1 para, dla dzieci – 1 para, wraz z przewodem.
- automatyczny codzienny test urządzenia i baterii
- wymiary: 13,3 x 24,1 x 29,2 cm Waga 3,1 kg
- gwarancja 7 lat na urządzenie

PYTANIE 3:

Proszę o informację czy w zapytaniu na dostawę 2 defibrylatorów oraz 4 zestawów PSP R-1 zamawiający wymaga:

Zestawu szkoleniowego który zawiera już elektrody szkoleniowe czy też zestawu z elektrodami oraz osobno dodatkowe elektrody szkoleniowe. Czy wymaga dostawy torby/skrzyni do defibrylatora.

ODPOWIEDZI 2,3:

Zamawiający informuje, iż przedmiotowy przedmiot dostawy powinien zawierać co najmniej (lub elementy równoważne) :

Urządzenie musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne oraz eksploatacyjne:

Defibrylator:

Minimum 8. letni okres gwarancji, do 9 lat gotowości na baterię i 4 lata gwarancji lub 200 wyładowań lub 4 h pracy termin przydatności elektrod ponad 2 lata. Gwarancja na pozostałe akcesoria min. 12 miesięcy.

Kształt fali: prostoliniowy dwufazowy

Czas ładowania: poniżej 8 sekund

Bezpieczeństwo pacjenta: wszystkie połączenia z pacjentem muszą być izolowane.

Opcjonalnie mile widziana funkcja RKO:

Nadzór defibrylacji: aparat musi sprawdzać połączenia elektrod i EKG pacjenta

Komunikacja z użytkownikiem:

- komunikaty głosowe w języku polskim

Wymiary: brak wymagań

Waga: do 3kg + skrzynka transportowa

Zasilanie: bateria litowo-manganowa

Warunki otoczenia:

Temperatura pracy: Od 0 do 50 °C

Wysoka odporność na wodę, kurz i uderzenia min:IP55

W zestawie wraz z defibrylatorem musi znajdować się minimum: **skrzynka transportowa**, bateria, **elektrody uniwersalne dla dorosłych i dzieci +elektrody szkoleniowe**, **klucz pediatryczny** oraz gwarancja/ atest na urządzenia.

Zakup sprzętów jest „Współfinansowany ze środków- Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.